


# 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (IABP) 1台
拟采购产品金额	110万元
采购项目所属项目名称	洛阳市中医院第一批智慧医院建设和医疗设备建设项目导管室设备采购项目
采购项目所属项目金额	110万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 在医疗上, IABP 属于急救设备, 能够提高救治能力, 作为一种重要的循环急救支持设备, 能够为胸痛中心提供必要的技术支持, 提升高危胸痛患者的救治水平。 故申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>1. 进口拟采购的 IABP 能够急救患者, 减少心肌损伤, 降低死亡率, 提供有效的循环支持, 维持血流动力学稳定, 减少心肌损伤; 该设备能引进提升学科建设, 提高手术成功率。</p> <p>2. 进口 IABP 技术具有高精度下泵抑制能力, 抑制所有持续时间为 180ms 的下泵, 具有自适应运动系统, 驱动方式采用步进式马达驱动全位风箱, 有效防止高压元件泄漏, 保障患者安全, 国内, 国内暂无替代产品。鉴于以上, 建议采购进口产品。</p>	
专家签字: 	
2025年6月6日	

注: 一人一表